






Pc-Lab 2000 LT™

GETTING STARTED / INSTRUCTIONS
EN BREF / RATGEBER /
INSTRUCCIONES BREVES

PCSGU250



- OSCILLOSCOPE
- FUNCTION GENERATOR
- SPECTRUM ANALYSER
- TRANSIENT RECORDER
- BODE PLOTTER

velleman®
INSTRUMENTS

- FR** Consultez notre site www.velleman.eu pour plus d'information sur votre appareil.
- NL** Raadpleeg onze web site www.velleman.eu voor vertalingen en meer informatie van dit product.
- UK** Please check our web site www.velleman.eu for more info on this product.
- S** Bruksanvisning och annan information kan finnas på www.velleman.eu.
- SF** Käyttöohje sekä muuta informaatiota löytyy osoitteesta www.velleman.eu.
- I** La traduzione di questo manuale e tutte le informazioni con cernenti l'unità possono essere trovate sul www.velleman.eu .
- DK** Oversættelsen af denne manual, samt alle øvrige informationer vedrørende enhederne, kan findes på www.velleman.eu .
- D** Anderen Informationen über diese Geräte finden Sie auf www.velleman.eu.
- SP** Otra información sobre los dispositivos se encuentran en www.velleman.eu
- P** A tradução deste Manual e toda a informação referente às uni dades pode ser encontrada em www.velleman.eu .

www.velleman.eu

<http://forum.velleman.eu/>

English :

Welcome	4
Install the software	5
Hardware connection	6
Starting the software	6
The Function generator module	7
The Oscilloscope module	8
The Spectrum analyser module	9
The Transient recorder module	10
Bode plot module	11
Extra information	12

Français :

Introduction	13
Installation du logiciel	14
Connexion de périphérique	15
Lancement du logiciel	15
Le générateur de fonction	16
L'oscilloscope	17
L'analyseur de spectre	18
L'enregistreur de signaux transitoires	19
Le diagramme de Bode	20
Informations supplémentaires	21

Deutsch:

Einführung	22
Installation der Software	23
Anschluss der Hardware	24
Starten der Software	24
Der Funktionsgenerator	25
Das Oszilloskop	26
De Spektrumanalysator	27
De Transientenrecorder	28
De Bode plotter	29
Zusätzliche Information	30

Español:

Introducción	31
Instalar el software	32
Instalar el hardware	33
Ejecutar el software	33
El generador de funciones	34
El osciloscopio	35
El analizador de espectro	36
El grabador de señales transitorias	37
El Bode plotter	38
Informaciones adicionales	39

Welcome to the world of Pc-Lab2000LT

For the PCSGU250 unit, a complete USB-powered lab-in-a-box!
Feature-packed PCLab2000LT software for two channel oscilloscope, spectrum analyzer, recorder, function generator and Bode plotter. Integrated signal wave editor and automated sequence generator, using file or external input.

☞ The hardware is not necessary to evaluate the software in Demo mode.

General information

- markers for amplitude/voltage and frequency/time
- input coupling: DC, AC and GND
- 8 bit resolution
- storage of display and data
- supply from USB port (500mA)*
- dimensions: 205 x 55 X 175 / 8,2 x 2,2 x 7"

Spectrum analyser:

- frequency range: 0 .. 120Hz to 12MHz
- linear or logarithmic timescale
- operating principle: FFT (Fast Fourier Transform)
- FFT resolution: 2048 lines
- FFT input channel: CH1 or CH2
- zoom function

Transient recorder:

- timescale: 20ms/Div to 2000s/Div
- max record time: 9.4hour/screen
- automatic storage of data
- automatic recording for more than 1 year
- max. number of samples: 100/s
- min. number of samples: 1 sample/20s

Function generator

- frequency range: sine from 0.005Hz to 1MHz
- square and triangle from 0.005Hz to 500kHz
- extended waveform library
- amplitude range: 100mVpp to 10Vpp @ 1KHz// 600ohm load / output impedance: 50ohm

Oscilloscope

- bandwidth: two channels DC to 12 MHz ± 3 dB
- input impedance: 1 Mohm / 30pF
- maximum input voltage: 30V (AC + DC)
- time base: 0.1 μ s to 500ms per division
- input range: 10mV to 3V/division
- readouts: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, Frequency...
- record length: 4K samples / channel
- sampling frequency: 250Hz to 25MHz
- sample history and digital grab function

Bode plotter

- Automated sync between oscilloscope and generator
- Frequency range: 1kHz , 10kHz, 100kHz, 1MHz
- Frequency start: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz

* NOTE: it is NOT recommended to use an USB - HUB device, this can cause the software to stop working.
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO MODIFICATIONS - DLL available for own development - www.velleman.eu

How to install Pc-Lab2000LT

Minimum system requirements :

- Windows™ 2000/XP/Vista (*).
- VGA display card (1024x768 recommended)
- 10MB free hard disk space.
- Mouse or pointing device.
- CD or CD/DVD Rom player.
- Free USB port (1.1 or 2.0)

Insert the CD into your drive.

If the “setup” does not start automatically, browse the CD and run the **SETUP.EXE** program.

Select “Install **Pc-Lab2000LT**”

An install wizard will guide you through the complete installation procedure. Shortcuts to the **Pc-Lab2000LT** software and the help files are automatically generated.



(*) Note: You will need local Administrator privileges to successfully complete the installation, contact your system administrator for assistance. See also the “ReadME” file in the installed folder.

* Microsoft Windows™ 2000/XP/VISTA (*) are registered trademarks

Download the latest version from www.velleman.eu

Hardware Set-up (Close all programs before continuing)

USB driver install:

- Connect your PCSGU250 unit to a free USB port
- Follow the on screen driver installation procedure.
- If Windows asks for Windows Update, select “not at this time”
- Install the driver from a specific location, then browse on the CD and select the folder **D:\PCSGU250Driver**. (press “next”)
- If Windows indicate “has not passed Windows logo testing...” select “Continue Anyway”.
- After finishing, you can check the driver installation in the Device Manager list.
- It is possible that the PC asks to “restart” for proper installation

Note: In case of malfunction, remove the USB driver in the control panel and install the D:\PCSGU250Driver\PCSGU250Driver_WinUSB after reconnecting the device.

Starting the software :

Locate the **Pc-Lab2000LT** software shortcuts (programs.. *Pc-Lab2000LT* ...)



Click the icon to start the main program. “**loading, please wait**” should appear. Then the power LED goes ON on the unit. (*)


The main program automatically launches the Oscilloscope and generator screen, which is shown on the next pages. Should you receive an error (ex. If no unit is detected), disconnect and reconnect the USB cable and try again or, if you want to access the demo mode (no unit is needed) :

- Click the **Options** menu, and select ‘**Hardware Setup**’ > demo mode

Note: - At first time power-up, the oscilloscope will calibrate itself automatically. - The actual screens can differ from the one shown in this manual.
--

The Function Generator Module :

What ? : Most common waveforms are accessible at the touch of a button. A library with special functions is provided, as well as a Wave Editor, to create virtually any kind of waveform.




How ? :

- Click on the desired waveform (1).
- Select the desired frequency range (2).
- Set the exact frequency by sliding (3) or click the frequency readout (4) and enter a value.
- Adjust the offset (5)
- Adjust the amplitude (6)
(values can be entered by clicking the offset and amplitude readout)
- (7) shows a simulated preview of the output waveform

The 'More Functions'- button :


The 'More Functions'-button gives access to special purpose waveforms such as arbitrary waveforms, frequency sweeps and DC. It also gives access to the waveform library.



Note: The Probe test button (8) makes the generator output a signal, suitable for your scope probe calibration at X10 setting.

The Oscilloscope module :

What ? : The Oscilloscope module offers a feature-packed, easy to use digital storage oscilloscope.



How ? :


- Connect the circuit under test to the scope input (observe the max. input rating of the scope!) or connect to the generator output.
- Start measuring with "trigger off" (6)
- Press 'RUN' (7)
- Choose the desired channel and volts/div setting or press "Auto-set" (2)
- Choose the appropriate time/div setting (8)

To enable triggering :

- Select trigger channel (5)
- Select trigger edge (4)
- Set trigger to 'ON' (6)
- Set trigger level by sliding (3). The trigger mark is displayed on the left hand side of the signal display (1)

The Spectrum Analyser Module :

What ? : Powerful feature which allows visualization of the frequency spectrum of a signal, using FFT (Fast Fourier Transform) analysis.




How ? :

- Connect the scope input to the circuit under test. (observe the max. input rating of the scope!) Or use the internal generator output.
- First observe the signal on the scope screen (see previous page).
- Check that the signal is not over the maximum of the screen.
- Start the spectrum analyzer.
- Press 'RUN' (1)
- Select the appropriate frequency range. Make sure your setting will capture any signal change of interest (3).
- If wanted set the appropriate channel and volts/div setting (2)

The Transient Recorder Module :

What ? : Record occasional events and log slow changing processes automatically, e.g. battery charge cycles, temperature changes,... or track intermittent faults in electronic circuits. Automatic data storage allows over one year of continuous recording !



How ? :

- Connect the scope input to the circuit under test. (or the internal generator at a low frequency)
- Select the appropriate channel and volts/div (or volt range) setting (1).
- Select the appropriate time/division setting (3).
- Press RUN (2) to start recording.

☞ Press RUN again , to stop the measurement, or use the “Single” button to make a single screen measurement.


For continuous recording with auto-save to your HD, select ‘AutoSave Data’ from the ‘File’-menu.

Notes:

- ☞ During recording the screen can differ from the actual measurement.
- ☞ Events happening between two sample acquisitions will be missed if a too slow time/div is set

The Bode plotter module :


What ? : Due to the unique scope and generator combination, an automated Bode plot function is possible. This results in a powerful tool for amplifier or filter measurements.




How ? :

- Enable the Circuit Analyser window (1)
- Connect the scope CH1 input to the output of the circuit or unit under test.
- Connect the generator output to the input of the circuit or unit.
- Adjust the generator output (2) to a suitable level.
- Adjust the setting of the Bode plot module like Volt range (3) Volt scale, frequency start and stop range (4)...
- Press 'Start' (5) and observe the screen and measurement window (6)
- If the signal is out of the screen range, adjust the Voltage range or generator output level.


Some useful extra's : (see also the help file)




In "Tools" Open the Wave editor to generate your own waveform. In this example: level 10: 5 times, level 50: 20 times ...




Open the waveform parameters window to see extended waveform parameters



In "Tools" Open the Wave Sequence panel to create automated wave forms coming from file or serial port data scripts.



First "Stop" the scope. Click the history button to open the history scroll panel. This function will record up to 1000 signals. Save and open the history file, then use your mouse scroll function to easy scroll through the signal history. Now start (RUN) the scope.



It is possible to add some text and wave form parameters on the signal screen.

Right click on the signal screen to open a window and add your text.

Introduction : Le monde du Pc-Lab2000LT

Destiné au PCSGU250, un petit labo USB complet !

Logiciel PcLab2000-LT puissant pour oscilloscope deux canaux, analyseur de spectre, enregistreur, générateur de fonction et diagramme de Bode. Éditeur d'ondes intégré et séquenceur automatisé via fichier ou entrée PC.

☞ L'utilisation du logiciel en mode de démonstration ne nécessite pas de périphérique.

Informations générales

- marqueurs pour amplitude/tension et fréquence/temps
- raccordement à l'entrée : CC, CA et GND
- résolution 8 bits
- possibilité de mise en mémoire de l'affichage et des données
- alimentation par port USB (500mA)*
- dimensions : 205 x 55 x 175 mm

Analyseur de spectre

- plage de fréquence : 0 .. 120 Hz ~ 12 MHz
- échelle de temps linéaire ou logarithmique
- principe de fonctionnement : FFT (Fast Fourier Transform ou transformée de Fourier rapide)
- résolution FFT : 2048 lignes
- canal d'entrée FFT : CH1 ou CH2
- zoom

Enregistreur de signaux transitoires

- échelle de temps : 20 ms/div ~ 2000 s/div
- temps d'enregistrement max. : 9,4 h/écran
- mise en mémoire automatique des données
- enregistrement automatique pendant plus d'un an
- nombre max. d'échantillons : 100/s
- nombre min. d'échantillons : 1 échantillon/20s

Générateur de fonction

- plage de fréquence: sinusoïde de 0,005Hz ~ 1MHz
- carré et triangulaire de 0,005Hz ~ 500kHz
- formes d'onde étendues
- amplitude: 100mVpp ~ 10Vpp @ 1kHz//600Ω/
impédance de sortie: 50Ω

Oscilloscope

- largeur de bande : 2 canaux CC à 12MHz ± 3dB
- impédance d'entrée : 1ΩM/30 pF
- tension d'entrée max. : 30V (CA + CC)
- base de temps : 0,1μs ~ 500ms par division
- plage d'entrée : 10mV ~ 3V par division
- affichages : TRMS, dBV, dBm, P2P, rapport de cycle, fréquence...
- longueur d'enregistrement : 4.000 échantillons/canal
- fréquence d'échantillonnage : 250Hz ~ 25MHz
- historique d'échantillonnage et fonction de capture d'image numérique

Diagramme de Bode

- synchronisation automatique entre l'oscilloscope et le générateur
- plage de fréquence : 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz
- départ de fréquence : 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz

Remarque : Afin d'éviter tout blocage de logiciel, l'utilisation d'un hub USB est déconseillé
SPÉCIFICATIONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - DLL disponible pour des développements personnalisés

Comment installer le Pc-Lab2000LT

Système requis

- Windows™ 2000/XP/Vista (*)
- carte vidéo VGA (1024x768 recommandé)
- espace disque dur 10 Mo
- souris ou pointeur
- lecteur CD ou CD/DVD
- port USB (1.1 ou 2.0)

Insérer le CD dans le lecteur.

Si le CD ne démarre pas automatiquement, ouvrir le répertoire du CD et lancer le fichier "**SETUP.EXE**".

Sélectionner "**Pc-Lab2000LT**".

L'assistant d'installation vous guidera dans le processus d'installation. Les raccourcis vers le logiciel **Pc-Lab2000LT** et des fichiers de secours sont automatiquement générés.



(*) Remarque : Enregistrez-vous comme administrateur afin de compléter le processus d'installation ou contactez votre administrateur systèmes pour plus de renseignements. Voir également le fichier "ReadME" dans le dossier installé.

* Microsoft Windows™ 2000/XP/VISTA (*) est une marque déposée.

Téléchargez la version à jour sur www.velleman.eu.

Connexion de périphérique (fermez tous les programmes avant de continuer)

Installation du pilote USB

- Raccordez votre PCSGU250 à un port USB libre.
- Suivez le processus d'installation affiché à l'écran.
- Si Windows® vous propose de mettre à jour votre version de Windows®, choisissez "Non, pas cette fois-ci".
- Installez le pilote et sélectionnez "D:\PCSGU250Driver" dans le répertoire du CD. Cliquez "Suivant".
- Si Windows® indique "Ce périphérique n'est pas reconnu. Il ne sera pas installé. Veuillez trouver un autre pilote", sélectionnez "Voulez-vous continuer ?".
- Une fois le pilote installé, contrôlez le pilote dans la liste du gestionnaire des périphériques.
- Redémarrez votre ordinateur si nécessaire.

Remarque : En cas de fonctionnement entravé, désinstallez le pilote USB de la barre des tâches et installez "D:\PCSGU250Driver\PCSGU250Driver_WinUSB" après reconnexion du périphérique.

Lancement du logiciel:

Localiser le raccourci "*Pc-Lab2000LT*".

Cliquez sur l'icône  pour lancer le logiciel. Le message "**loading, please wait**" s'affiche. Une fois le logiciel chargé, la DEL s'allume. (*)


Le logiciel affiche automatiquement l'oscilloscope et le générateur de fonction (à la page suivante). En cas d'erreur (unité non détectée), déconnectez et reconnectez le câble USB, et réessayez. Pour accéder au mode de démonstration (utilisation sans périphérique), cliquez "*Options*", "*Hardware Setup*" et ensuite "Demo Mode".

REMARQUES : - L'oscilloscope sera automatiquement étalonné lors de la première mise en marche
- Les captures d'écran peuvent différer de la réalité.

Le générateur de fonction

Quoi ?

Les ondes les plus communes sont accessibles depuis un seul bouton. Vous disposez d'un répertoire contenant des fonctions spéciales, tout comme un éditeur d'ondes afin de créer toute sorte d'ondes.




Comment ?

- Cliquez sur la forme d'onde souhaitée (1).
- Sélectionnez la plage de fréquence (2).
- Déterminez la fréquence à l'aide de la glissière (3) ou en saisissant une fréquence dans le champ (4).
- Réglez l'offset (5).
- Réglez l'amplitude (6).
- (saisissez les valeurs en cliquant dans le champ "Offset" et "Amplitude")
- Le diagramme (7) affiche une simulation de l'onde.

Plus de fonctions "More Funct."

Le bouton "More Funct." vous donne accès à des ondes spéciales telles que des ondes arbitraires, balayages de fréquence, CC, ainsi qu'au répertoire des formes d'onde.


Remarque : Le bouton "Probe Test" (8) permet au générateur de produire un signal de sortie pour l'étalonnage de la sonde oscilloscope X10.



L'oscilloscope

Quoi ?

Cet outil est un oscilloscope numérique de stockage complet et facile à utiliser.



Comment ?

- Connectez le circuit à tester à l'entrée de l'oscilloscope (observez la valeur d'entrée max. de l'oscilloscope !) ou à la sortie du générateur.
- Mesurez avec "Trigger Off" (6).
- Cliquez sur "Run" (7).
- Choisissez le canal et les volts/div, ou cliquez "Autoset" (2).
- Choisissez le temps/div (8).


Démarrage :

- Sélectionnez le canal de démarrage (5).
- Sélectionnez le flan de démarrage (4).
- Cliquez sur "Trigger On" (6).
- Paramétrez le niveau avec la glissière (3). Le niveau est affiché sur la gauche du diagramme (1).

L'analyseur de spectre

Quoi ?

Outil puissant permettant de visualiser le spectre de fréquence d'un signal à l'aide d'une analyse FFT (Fast Fourier Transform).




Comment ?

- Connectez l'entrée de l'oscilloscope au circuit à tester (observez les valeurs maximales d'entrée de l'oscilloscope) ou utilisez la sortie du générateur interne.
- Observez le signal sur l'écran de l'oscilloscope (référez à la page précédente).
- Assurez-vous que le signal n'excède pas la valeur maximale de l'écran.
- Démarrez l'analyseur de spectre.
- Enfoncez "Run" (1).
- Sélectionnez la plage de fréquence appropriée. Assurez-vous que la valeur choisie soit assez large afin qu'elle puisse capturer le changement de signal souhaité (3).
- Choisissez le canal et les volts/div si nécessaire (2).

L'enregistreur de signaux transitoires

Quoi ? :

Enregistrez automatiquement des événements occasionnels et des modifications lents, p.ex. le cycle de charge d'une batterie, l'évolution de la température... ou déposition des fautes intermittentes dans un circuit. Les données sont automatiquement mises en mémoire. Le Pc-Lab2000LT vous permet d'enregistrer des données pendant 1 an !



Comment ?

- Connectez l'entrée au circuit à tester (ou au générateur interne à une basse fréquence).
 - Sélectionnez le canal et les volts/div (ou plage de tension) appropriés (1).
 - Sélectionnez le temps/division approprié (3).
 - Enfoncez "Run" (2) pour enregistrer.
- ☞ Renforcez "Run" pour interrompre l'enregistrement ou enfoncez "Single" pour effectuer une mesure d'écran simple.

Sélectionnez "AutoSave Data" dans le menu "File" pour enregistrer en mode continu avec mise en mémoire automatique sur disque dur.


Remarque :

- ☞ Pendant l'enregistrement, les écrans peuvent différer de la mesure actuelle.
- ☞ L'interaction entre les deux échantillons ne sera pas mesurée si la valeur temps/div choisie est trop basse.

Le diagramme de Bode

Quoi ?


Il est possible de mesurer le niveau d'amplification ou de filtrage grâce au traceur de Bode intégré.




Comment ?

- Ouvrez la fenêtre "Circuit Analyser" (1).
- Connectez l'entrée du canal CH1 de l'oscilloscope à la sortie du circuit ou de l'unité à tester.
- Connectez la sortie du générateur à l'entrée du circuit ou de l'unité.
- Réglez la sortie du générateur (2) à un niveau approprié.
- Paramétrez le traceur de Bode au niveau de "V Range" (3), "Vertical Scale", "Frequency Range" et "Frequency Start" (4)...
- Enfoncez "Start" (5) et observez les valeurs dans la fenêtre de mesure (6).
- Ajustez la valeur sous "V Range" ou le niveau de sortie du générateur si le signal est hors de la portée de l'écran.


Informations supplémentaires (consultez les fichiers de secours)




Ouvrez l'éditeur "Wave Editor" sous "Tools" pour générer votre propre forme d'onde. Dans cet exemple : niveau 10 : 5 temps, niveau 50 : 20 temps...




Ouvrez la fenêtre "Waveform Parameters" pour afficher les paramètres de la forme d'onde.



Ouvrez la fenêtre "Wave Sequence" sous "Tools" pour créer des formes d'onde automatiques provenant d'un fichier ou d'un port sériel.



Arrêtez l'oscilloscope. Cliquez sur "History" pour dérouler un menu. Mémorisez et ouvrez le fichier de l'historique, et défilez avec la roulette sur la souris. Démarrez l'oscilloscope en cliquant sur "Run".



Vous pouvez ajouter un texte et des paramètres dans le diagramme.

Cliquez sur le diagramme avec le bouton droit de la souris pour ouvrir une fenêtre textuelle.

Einführung: entdecken Sie die Welt vom Pc-Lab2000LT

Ein komplettes USB-Laboratorium!

Leistungsstarke PcLab2000-LT-Software für 2-Kanal-Oszilloskop, Spektrumanalysator, Transientenrecorder, Funktionsgenerator und Bode Plotter. Kreieren Sie über Datei oder externen PC-Eingang Ihre eigenen Wellenformen mit dem mitgelieferten Signal-Wellenform-Editor und dem automatisierten Sequenzer.

☞ Sie brauchen keine Hardware, um die Software im Demomodus zu verwenden.

Allgemein

- Markierungen für Amplitude/Spannung und Frequenz/Zeit
- Eingangskopplung: DC, AC und GND
- Auflösung von 8 bits
- Speicherung von Schirmabbildung und Daten
- Stromversorgung über USB-Port (500mA)
- Abmessungen: 205 x 55 X 175 mm

Spektrumanalysator

- Frequenzbereich: 0 .. 120 Hz ~ 12 MHz
- linearer oder logarithmischer Zeitmaßstab
- Funktionsweise: FFT (Fast Fourier Transform)
- FFT-Auflösung: 2048 Zeilen
- FFT-Eingangskanal: CH1 oder CH2
- Zoom-Funktion

Transientenrecorder

- Zeitmaßstab: 20 ms/div ~ 2000 s/div
- max. Aufnahmezeit: 9.4 Stunden pro Schirminhalt
- automatische Datenspeicherung
- automatische Aufnahme bis zu mehr als 1Jahr
- max. Abtastgeschwindigkeit: 100/s
- min. Abtastgeschwindigkeit: 1 Sample/20s

Funktionsgenerator

- Frequenzbereich: Sinuswelle von 0,005 Hz ~ 1 MHz
- Rechteck-, Dreieckswelle von 0,005 Hz ~ 500 kHz
- umfangreiche Wellenformbibliothek
- Amplitude: 100 mVpp ~ 10 Vpp @ 1 kHz/600 Ω /
Ausgangsimpedanz: 50 Ω

Oszilloskop

- Bandbreite: 2-Kanal DC bis 12 MHz $\pm$ 3dB
- Eingangsimpedanz: 1 M Ω /30 pF
- max. Eingangsspannung: 30 V (AC + DC)
- Zeitbasis: 0,1 μ s ~ 500 ms pro Division
- Eingangsbereich: 10 mV ~ 3 V/Division
- Anzeigen: TRMS, dBV, dBm, P2P, Arbeitszyklus, Frequenz...
- Aufnahmelänge: 4.000 Samples / Kanal
- Abtastfrequenz für sich wiederholende Signale: 250 Hz ~ 25 MHz
- Überblick und digitale Bilderfassung

Bode Plotter

- automatische Synchronisation zwischen Oszilloskop und Generator
- Frequenzbereich: 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz
- Frequenzstart: 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz

***Bemerkung: Verwenden Sie keinen USB-Hub, um das Blockieren der Software zu vermeiden.**

TECHNISCHE DATEN UNTER VORBEHALT - DLL für eigene Projekte verfügbar - www.velleman.eu

Installation des Pc-Lab2000LT

Min. Systemvoraussetzungen:

- Windows™ 2000/XP/Vista (*)
- VGA-Karte (1024x768 empfohlen)
- 10 MB freier Speicherplatz
- Maus oder ähnlich
- CD- oder CD-/DVD-ROMS-Spieler
- freier USB-Port (1.1 oder 2.0)

Legen Sie das CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Durchsuchen Sie das CD-ROM und starten Sie das Programm **SETUP.EXE** wenn die Installation nicht automatisch startet.

Wählen Sie "Install **Pc-Lab2000LT**".

Ein Wizard lotst Sie durch das vollständige Installationsverfahren. Schnellasten zur **Pc-Lab2000LT**-Software und die Hilfsdateien werden automatisch generiert.



(*) Bemerkung: Loggen Sie als Administrator ein, um die Software zu installieren. Kontaktieren Sie den Systemverwalter für mehr Information. Siehe auch die ReadME-Datei des installierten Verzeichnisses.

* Microsoft Windows™ 2000/XP/VISTA (*) sind eingetragene Schutzmarken.

Laden Sie die neueste Version auf www.velleman.be herunter und befolgen Sie den Link.

Anschluss der Hardware (schließen Sie zuerst alle Programme)

Den USB-Treiber installieren

- Verbinden Sie das PCSGU250 mit einem freien USB-Port.
- Befolgen Sie das Installationsverfahren im Bildschirm.
- Wenn Windows eine Windows-Aktualisierung fragt, wählen Sie dann "Not at this time".
- Installieren Sie den Treiber und wählen Sie "**D:\PCSGU250Treiber**" im CD-ROM. Klicken Sie "Next".
- Bei Meldung "Has not passed Windows logo testing..." klicken Sie "Continue Anyway".
- Nach der Installation des Treibers, kontrollieren Sie, ob den Treiber korrekt im Device Manager installiert wurde.
- Starten Sie den PC wieder wenn nötig.

Bemerkung: Im Problemfall, entfernen Sie den USB-Treiber vom Menübalken und installieren Sie "D:\PCSGU250Treiber\PCSGU250Treiber_WinUSB" nachdem Sie die Hardware wieder verbunden haben.

Die Software starten

Lokalisieren Sie die **Pc-Lab2000LT**-Schnelltaste.

Klicken Sie  um das Hauptprogramm zu starten. Die Nachricht "**Loading, please wait**" erscheint und die LED leuchtet.


Das Hauptprogramm lädt sofort das Oszilloskop- und Generatordisplay (siehe nachfolgende Seiten). Bei einer Fehlermeldung (z.B. keine Hardware erkannt), trennen Sie, verbinden Sie das USB-Kabel wieder und versuchen Sie wieder. Laden Sie den Demomodus (keine Hardware erforderlich) indem Sie "**Options**" > "**Hardware Setup**" > "Demo mode" klicken.

BEMERKUNG: - Das Oszilloskop wird bei der ersten Inbetriebnahme automatisch kalibriert
- Die dargestellten Schirmbeispiele können von der Wirklichkeit abweichen.

Der Funktionsgenerator

Was?

Die meisten Wellenformen sind über einen einzigen Tastendruck verfügbar. Mit den vielen verfügbaren speziellen Funktionen und den Wave-Editor können Sie fast jeden Wellenformtyp kreieren.




Wie?

- Klicken Sie auf die gewünschte Wellenform (1).
- Wählen Sie den Frequenzbereich (2).
- Stellen Sie die genaue Frequenz mit dem Schieberegler (3) ein oder klicken Sie im Frequenzfach (4) und geben Sie die Frequenz ein.
- Regeln Sie Offset (5).
- Regeln Sie die Amplitude (6).
- (7) zeigt eine Vorschau der Wellenform an.

Die Taste "More Functions"

Diese Taste verschafft Zugang zu speziellen Wellenformen: beliebigen Wellenformen, Frequency Sweeps, DC und auch der Wellenformbibliothek.


Bemerkung: Mit der Taste "Probe Test" (8) kreiert der Generator ein Signal, das sich zum Kalibrieren von der Oszilloskopsonde an Einstellung X10 eignet.



Das Oszilloskop

Was?

Dies ist ein komplettes und einfach zu verwenden digitales Speicheroszilloskop.



Wie?

- Verbinden Sie den Kreis, den Sie testen möchten, mit dem Eingang (überschreiten Sie die max. Eingangswerte des Oszilloskopes nicht!) oder dem Generatorausgang.
- Starten Sie die Messung mit "Trigger off" (6).
- Drücken Sie "Run" (7).
- Wählen Sie den gewünschten Kanal und volts/div oder drücken Sie "Autoset" (2)
- Wählen Sie die geeignete Time/div-Einstellung (8).


Auslösung:

- Wählen Sie den Triggerkanal (5).
- Wählen Sie den Triggerflanke (4).
- Stellen Sie den Trigger auf "ON" (6).
- Stellen Sie das Triggerniveau mit der Schiebetaste (3) ein. Der Pegel wird links im Diagramm dargestellt (1).

Der Spektrumanalysator

Was?

Der Spektrumanalysator zeigt Ihnen ein deutliches Bild des Frequenzspektrums eines Signals über eine FFT-Analyse (Fast Fourier Transform).




Wie?

- Verbinden Sie den Oszilloskopeingang mit dem Kreis, den Sie testen möchten (überschreiten Sie die max. Eingangswerte des Oszilloskopes nicht!) oder verwenden Sie den internen Generatorausgang.
- Analysieren Sie das Signal im Display (siehe vorige Seite).
- Beachten Sie, dass das Signal die Höchstwerte nicht überschreitet und nicht außerhalb des Displays fällt.
- Starten Sie den Spektrumanalysator.
- Drücken Sie "Run" (1).
- Wählen Sie den geeigneten Frequenzbereich damit alle Änderungen im Display sichtbar werden (3).
- Stellen Sie den Kanal und die Volts/div-Einstellung (2) ein wenn gewünscht.

Der Transientenrecorder

Was?

Legen Sie ein einmaliges auftretendes Signal fest, nimmt automatisch langsame Änderungen (z.B. Ladezyklus einer Batterie, Temperaturänderungen, usw.) auf oder sucht zyklische Fehler in einem elektronischen Kreis. Der Speicher erlaubt Aufnahmen von einem Jahr!



Wie?

- Verbinden Sie den Oszilloskopeingang mit dem Kreis, den Sie testen möchten, oder verwenden Sie den internen Generatorausgang mit niedriger Frequenz.
 - Wählen Sie den geeigneten Kanal und die Volts/div-Einstellung (Spannungsbereich) (1).
 - Wählen Sie die geeignete Zeit/div-Einstellung (3).
 - Drücken Sie "Run" (2) um die Aufnahme zu starten.
- ☞ Drücken Sie "Run" wieder, um die Aufnahme zu stoppen oder klicken Sie "Single" um eine einzige Bildschirmaufnahme zu machen.

Für eine kontinuierliche Aufnahme mit automatischer Speicherung auf Festplatte, wählen Sie "AutoSave Data" unter "File".


Bemerkung:

- ☞ Die dargestellten Bildschirmbeispiele können während der Aufnahme von der Wirklichkeit abweichen.
- ☞ Es ist möglich, dass der Transientenrecorder das Signal bei einer zu niedrigen Zeit/div-Einstellung nicht festlegt.

Der Bode Plotter

Was?


Mit diesem Diagramm können Sie einfach Filtermessungen durchführen.




Wie?

- Klicken Sie "Circuit Analyser" (1).
- Verbinden Sie den Eingang CH1 vom Oszilloskop mit dem Ausgang vom Kreis, den Sie testen möchten.
- Verbinden Sie den Ausgang des Generators mit dem Eingang vom Kreis.
- Regeln Sie den Pegel des Generatorsausgangs (2).
- Regeln Sie den Spannungsbereich (3), den Maßstab, die Frequenzwerte (4), usw.
- Drücken Sie "Start" (5). Das Diagramm wird dargestellt (6).
- Regeln Sie den Spannungsbereich oder den Generatorsausgang wenn die Kurve außerhalb des Bereiches fällt.


Zusätzliche Information (siehe auch Hilfedatei)




Öffnen Sie "Wave Editor" unter "Tools", um Ihre eigene Wellenform zu kreieren. In diesem Beispiel: Pegel 10: 5 Mal, Pegel 50: 20 Mal...




Öffnen Sie "Waveform Parameters", um ausführliche Parameter anzuzeigen.



Öffnen Sie "Wave Sequence" unter "Tools", um automatisierte Wellenformen zu kreieren.



Stoppen Sie das Oszilloskop. Klicken Sie "History", um das Überlickmenü zu öffnen. Mit dieser Funktion können Sie bis zu 1.000 Signale festlegen. Öffnen Sie den Überblick und speichern Sie ihn, scrollen Sie mit dem Mausrad durch den Überblick. Starten Sie (drücken Sie "Run") das Oszilloskop aufs Neue.



Sie können das Diagramm mit Text und Parametern vervollständigen.

Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste, um das Textfenster zu öffnen und geben Sie den gewünschten Text ein.

Introducción: El mundo del Pc-Lab2000LT

¡Un pequeño laboratorio USB completo! Software PcLab2000-LT potente para osciloscopio de dos canales, analizador de espectro, grabador de señales transitorias, generador de funciones y Bode plotter. Editor de ondas (signal wave editor) incorporado y secuenciador automatizado por fichero o entrada PC.

☞ Para utilizar el software en el modo de demostración no necesita el hardware.

Informaciones generales

- puntos de referencia (marcadores) para amplitud/tensión y frecuencia/tiempo
- conexión en la entrada: CC, CA y GND
- resolución 8 bits
- es posible guardar la figura en la pantalla y los datos
- alimentación por puerto USB (500mA)
- dimensiones : 205 x 55 x 175 mm

Analizador de espectro

- rango de frecuencia: 0 .. 120 Hz ~ 12 MHz
- escala de tiempo lineal o logarítmica
- principio de funcionamiento: FFT (Fast Fourier Transform)
- resolución FFT: 2048 líneas
- canal de entrada FFT: CH1 o CH2
- función zoom

Grabador de señales transitorias

- escala de tiempo: 20 ms/div ~ 2000 s/div
- tiempo de grabación máx. : 9,4 h/pantalla
- almacenamiento automático de datos
- almacenamiento automático durante más de un año
- número máx. de muestreos: 100/s
- número mín. de muestreos: 1 muestreo/20s

Generador de funciones

- rango de frecuencia : senoidal de 0,005Hz ~ 1MHz
- señal triangular y cuadrada de 0,005Hz ~ 500kHz
- extensa biblioteca con formas de ondas
- amplitud: 100mVpp ~ 10Vpp @ 1kHz/600Ω/ impedancia de salida: 50Ω

Osciloscopio

- ancho de banda: 2 canales CC a 12MHz ± 3dB
- impedancia de entrada: 1ΩM/30 pF
- tensión de entrada máx.: 30V (CA + CC)
- base de tiempo: 0,1μs ~ 500ms por división
- rango de entrada: 10mV ~ 3V por división
- lectura: TRMS, dBV, dBm, P2P, ciclo de trabajo, frecuencia...
- duración de la grabación: 4.000 muestreos/canal
- frecuencia de muestreo para señales repetitivas: 250Hz ~ 25MHz
- resumen y función de captura de imagen digital

Bode plotter

- sincronización automática entre el osciloscopio y el generador
- rango de frecuencia: 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz
- frecuencia de arranque: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz

*** Nota: para evitar cualquier bloqueo del software, no utilice un hub USB.**

ESPECIFICACIONES BAJO RESERVA DE MODIFICACIONES - DLL disponible para desarrollos propios - www.velleman.eu

Instalar el Pc-Lab2000LT

Exigencias mínimas del sistema

- Windows™ 2000/XP/Vista (*)
- tarjeta de vídeo VGA (1024x768 recomendado)
- espacio libre disco duro 10 MB
- ratón o similar
- lector de CD o CD/DVD
- puerto USB (1.1 ó 2.0)

Introduzca el CD en el reproductor.

Si el CD no inicia automáticamente, abra el directorio del CD y ejecute el fichero "SETUP.EXE"

Seleccione "**Pc-Lab2000LT**".

El asistente de instalación le guiará en el procedimiento de instalación. Los atajos al software **Pc-Lab2000LT** y los ficheros de ayuda se generan automáticamente.



(*) **Nota:** Entre en el sistema como administrador para completar el procedimiento de instalación o contacte con su administrador de sistemas para más informaciones. Véase también el fichero "ReadME" en la carpeta instalada.

* Microsoft Windows™ 2000/XP/VISTA (*) son marcas registradas.

Descargue la última versión en www.velleman.be y siga el enlace "Descargas".

Instalar el hardware (cierre todos los programas antes de continuar)

Instalar el driver USB

- Conecte el PCSGU250 a un puerto USB libre.
- Siga el procedimiento de instalación visualizado en la pantalla.
- Si Windows® le propone actualizar su versión de Windows®, seleccione "Not at this time".
- Instale el driver y seleccione "**D:\PCSGU250Driver**" en el directorio del CD. Haga click en "Next".
- Si Windows® indica "Has not passed Windows logo testing...." haga click en "Continue Anyway".
- Después de haber instalado el driver, controle si el driver ha sido instalado de manera correcta en el Device Manager.
- Vuelva a iniciar el ordenador si fuera necesario.

Nota: En caso de problemas, quite el driver USB de la barra de tareas e instale "D:\PCSGU250Driver\PCSGU250Driver_WinUSB" después de haber conectado el hardware de nuevo.

Ejecutar el software

Localizar el atajo "**Pc-Lab2000LT**".

Haga click en el icono para  ejecutar el software. El mensaje "loading, please wait" se visualiza. Después de que el software está cargado, el LED se ilumina.

El software visualiza automáticamente el osciloscopio y el generador de funciones (página siguiente). En caso de error (unidad no detectada), desconecte y vuelva a conectar el cable USB, y vuelva a intentar. Para entrar en el modo de demostración (uso sin hardware), haga click en "Options", "Hardware Setup" y luego en "Demo Mode".


Nota:

- Es posible que las capturas de pantalla difieran de la realidad.
- el osciloscopio se calibrará automáticamente durante la primera puesta en marcha

El generador de funciones

¿Qué ?

Las ondas más comunes están disponibles por un solo botón. Es posible crear cualquier tipo de onda con las funciones especiales y el editor de ondas.




• ¿Cómo?

- Haga click en la forme de onda deseada (1).
- Seleccione el rango de frecuencia (2).
- Determine la frecuencia con el conmutador deslizante (3) o haga click en el campo de la frecuencia (4) e introduzca la frecuencia.
- Ajuste el offset (5).
- Ajuste la amplitud (6).
- (introduzca los valores al hacer click en el campo "Offset" y "Amplitude")
- El diagrama (7) visualiza una simulación de la onda.

Más funciones "More Funct."

El botón "More Funct." no sólo le da acceso a las ondas especiales (ondas arbitrarias, exploraciones de frecuencia, CC) sino también al directorio de formas de onda.


Nota: El botón "Probe Test" (8) permite al generador producir una señal de salida para calibrar la sonda del osciloscopio en X10.



El osciloscopio :

¿Qué?

Es un osciloscopio digital de almacenamiento completo y fácil de utilizar.



¿Cómo?

- Conecte el circuito que quiere probar a la entrada del osciloscopio (¡No sobrepase el valor de entrada máx. del osciloscopio!) o la salida del generador.
- Mida con "Trigger Off" (6).
- Haga click en el canal y volts/div, o haga click en "Autoset" (2).
- Seleccione temps/div (8).


Disparo:

- Seleccione el canal de disparo (5).
- Seleccione el flanco de disparo (4).
- Haga click en "Trigger On" (6).
- Ajuste el nivel con el conmutador deslizante (3). El nivel se visualiza en la parte izquierda del diagrama (1).

El analizador de espectro

¿Qué?

Permite visualizar el espectro de frecuencia de una señal con un análisis FFT (Fast Fourier Transform).



How ? :

¿Cómo?

- Conecte la entrada del osciloscopio al circuito que quiere probar (no sobrepase los valores máx. de entrada del osciloscopio) o utilice la salida del generador interno.
- Analice la señal en la pantalla del osciloscopio (véase la página anterior).
- Asegúrese de que la señal no sobrepase el valor máx. de la pantalla.
- Inicie el analizador de espectro.
- Pulse "Run" (1).
- Seleccione el rango de frecuencia adecuado para que se visualicen todos los cambios en la pantalla (3).
- Seleccione el canal y volts/div si fuera necesario (2).

El grabador de señales transitorias

¿Qué?


Grabe automáticamente eventos ocasionales y modificaciones lentas, p.ej. el ciclo de carga de una batería, la evolución de la temperatura, etc. o busque los errores cíclicos en un circuito electrónico. Los datos se guardan automáticamente en la memoria. ¡El Pc-Lab2000LT le permite grabar los datos durante 1 año!

¿Cómo?

- Conecte la entrada al circuito que quiere probar (o utilice un generador interno a baja frecuencia).
- Seleccione el canal y volts/div (o el rango de tensión) adecuados (1).
- Seleccione tiempo/división (3).
- Pulse "Run" (2) para grabar.

☞ Vuelva a pulsar "Run" para interrumpir la grabación o pulse "Single" para efectuar una medición de pantalla sencilla.

Seleccione "AutoSave Data" en el menú "File" para grabar en el modo continuo con almacenamiento automático en disco duro.




Nota:

- ☞ Durante la grabación, es posible que las pantallas defieran de la medición actual
- ☞ La interacción entre los dos muestreos no se medirá si el valor temps/div seleccionado es demasiado bajo.

El Bode Plotter

¿Qué?


Es posible medir el nivel de amplificación o de filtrado gracias al Bode Plotter incorporado.




¿Cómo?

- Abra la pantalla "Circuit Analyser" (1).
- Conecte la entrada del canal CH1 del osciloscopio a la salida del circuito que quiere probar.
- Conecte la salida del generador a la entrada del circuito.
- Ajuste la salida del generador (2) a un nivel adecuado.
- Ajuste el Bode Plotter en un nivel de "V Range" (3), "Vertical Scale", "Frequency Range" y "Frequency Start" (4)...
- Pulse "Start" (5) y no sobrepase los valores de la pantalla de medición (6).
- Ajuste el valor bajo "V Range" o el nivel de salida del generador si la señal está fuera del rango de la pantalla.


Informaciones adicionales (véase los ficheros deayudas)




Abra el editor "Wave Editor" bajo "Tools" para generar su propia forma de onda. En este ejemplo: nivel 10: 5 veces, nivel 50: 20 veces...




Abra la pantalla "Waveform Parameters" para visualizar los parámetros de la forma de onda.



Abra la pantalla "Wave Sequence" bajo "Tools" para crear formas de onda automatizadas.



Pare el osciloscopio. Haga clic en "History" para abrir un menú. Guarde y abra el fichero con el resumen, y muévase con la rueda del ratón. Active el osciloscopio al hacer clic en "Run".



Es posible añadir un texto y parámetros en el diagrama.

Haga clic en el diagrama con el botón derecho del ratón para abrir una pantalla con texto.

Pc-Lab 2000 LT™


GETTING STARTED / INSTRUCTIONS EN BREF / RATGEBER /
INSTRUCCIONES BREVES

ELECTRONICS MADE EASY

PC OSCILLOSCOPE & PC FUNCTION GENERATOR IN ONE

PCSGU250

Latest version
available from
www.velleman.eu



Belgium [head office]	Velleman Components	+32(0)9 389 94 03
France	Velleman Electronique	+33(0)3 20 15 86 15
Netherlands	Velleman Components	+31(0)76 514 7563
USA	Velleman Inc.	+(817)284 - 7785
Spain	Velleman Components	+32 95 412 68 00

velleman®
INSTRUMENTS
www.velleman.eu